

系统配置方案

方案配置：1x MSJ12 管道切换器，1x VFC 预滤器，2x 采样热管，1x FAS05 分析仪



1 根采样管-连接于
FAS05 和 VFC 之间



一根采样管-连接于 MSJ12
和 VFC 之间



MSJ12 采样管道切换器
12 个进气口与采样点连接
可通过 TRE 温度控制器进行温度控制

